



JCSS
JCSS 0226

証明書番号

W230802

総数 2 頁の 1 頁

校正証明書

顧客名	日東インダ 株式会社
顧客の住所	宮城県仙台市宮城野区日の出町二丁目2番22号
品名及び数量	分銅 2 個
製造者名	関東メジャー 株式会社
範囲	500 g ~ 1 kg
器物番号	801263
校正項目	協定質量
校正方法	弊社JCSS分銅校正技術マニュアルによる (文書番号: JA0003)
校正に用いた標準器	標準組分銅 (識別番号: 004758) 証明書番号: W204231
校正結果	2 頁のとおり
校正実施条件	2 頁のとおり
校正受付年月日	2023年8月22日
校正実施年月日	2023年8月31日
校正実施場所	宮城県仙台市宮城野区日の出町二丁目2番22号

校正結果は別紙のとおりであることを証明します

発行日 2023年11月9日

宮城県仙台市宮城野区日の出町二丁目2番22号

日東インダ 株式会社

校正センター

代表取締役社長 鍋島 功

- ・この証明書は、計量法第144条(第一項)に基づくものであり、特定標準器(国家標準)にトレーサブルな標準器により校正した結果を示すものです。認定シンボルは、校正した結果の国家標準へのトレーサビリティの証拠です。
 - ・発行機関の書面による承認なしにこの証明書の一部のみを複製して用いることは禁じられています。
 - ・当校正センターは、ISO/IEC17025:2017 (JIS Q 17025:2018) に適合しています。
 - ・この証明書は、ILAC (国際試験所認定協力機構) 及びAPAC (アジア太平洋認定協力機構) のMRA (相互承認) に加盟しているIAJapanに認定された校正機関によって発行されています。
- この校正結果はILAC/APACのMRAを通じて、国際的に受け入れ可能です。



JCSS
JCSS 0226

証明書番号 W230802

総数 2 頁の 2 頁

校正結果

器物番号	公称値	識別印	協定質量 ¹⁾	拡張不確かさ ²⁾
801263	500 g		500 g + 0.1 mg	0.8 mg
801263	1 kg 以下余白		1 kg - 0.4 mg	1.6 mg

備考 1) 協定質量は、温度 20℃、空気密度を 1.2 kg/m³ の環境においてつり合う密度 8000 kg/m³ の標準分銅の質量である。

2) 拡張不確かさは信頼の水準約95%に相当し、包含係数kは2である。

校正実施条件

温度 20.2 °C ~ 20.6 °C
相対湿度 51.5 % ~ 58.9 %
大気圧 1018.2 hPa ~ 1018.6 hPa

質量比較器 MC-1000 No.T2503023 GF-1000 No.14696744

校正実務担当者 佐藤 唯

特記

以上